

ID do Centro de PMA: \_\_\_\_\_

### EQUIPAMENTOS

O equipamento e o número de postos de trabalho devem ser adequados às características e volume de atividade e deve estar assegurada a continuidade da mesma em caso de anomalias de funcionamento ou avarias súbitas.

#### Equipamento para recolha de ovócitos por punção ecoguiada dos ovários

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
O centro está equipado com um ecógrafo com sonda vaginal? (a sonda deverá estar esterilizada ou protegida por dispositivo esterilizado)					
O centro dispõe de material de punção de utilização única?					
O centro dispõe de um sistema que permita a manutenção dos líquidos foliculares recolhidos a 37°C até ao seu processamento no laboratório?					
O centro dispõe de mesa cirúrgica com acesso ginecológico?					
O centro tem à sua disposição equipamento para reanimação cardiorrespiratória e suporte de vida?*					
O centro dispõe de estruturas, instrumentos cirúrgicos e materiais de uso corrente para atos de pequena cirurgia?					
O centro está equipado com cama/mesa ginecológica/cadeirão em sala(s) de repouso?					

ID do Centro de PMA: \_\_\_\_\_

## EQUIPAMENTOS

### Equipamentos para técnicas laboratoriais de PMA

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
<b>I. Processamento de esperma para IA, FIV ou ICSI</b>					
O centro está equipado com uma câmara de fluxo laminar (de preferência vertical)?					
O centro está equipado com uma centrífuga de bancada?					
O centro está equipado com um microscópio com contraste de fase?					
O centro está equipado com uma estufa de incubação exclusiva para espermatozoides?					
<b>II. FIV ou ICSI (para além do equipamento do ponto I.)</b>					
O centro está equipado com uma câmara de fluxo laminar (de preferência vertical)?					
O centro dispõe de dois estereomicroscópios com platina aquecida?					
O centro dispõe de duas placas/bases de bancada termostalizadas?					
O centro está equipado com, pelo menos, duas estufas de incubação adequadas a cultura de gâmetas e embriões?					
O centro dispõe de um microscópio de inversão, com base antivibratória, platina termostalizada, com dispositivos de micromanipulação?					
No caso de dispor apenas de um sistema de micromanipulação, o centro tem protocolo de colaboração com um centro próximo para recurso em caso de avaria?					

ID do Centro de PMA: \_\_\_\_\_

## EQUIPAMENTOS

### Equipamentos para técnicas laboratoriais de PMA

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
<b>III. Criopreservação de gâmetas, tecido gonadal e embriões</b>					
O centro dispõe de um aparelho automatizado, programável, de congelação e/ou material para vitrificação?					
O centro dispõe de recipientes de armazenamento de tecido gonadal gâmetas e embriões?					
O centro dispõe de um contentor de azoto líquido de reserva?					
O centro dispõe de equipamento de trasfega de azoto líquido?					
O centro dispõe de equipamento crioprotetor, nomeadamente viseira, avental e luvas?					
<b>IV. Criopreservação de gâmetas, tecido gonadal e embriões para beneficiários com infeções virais*</b>					
O centro dispõe de recipiente de armazenamento de tecido gonadal, e de outro de armazenamento de embriões, para utentes com infeções virais, distinto(s) do(s) anterior (es)?					
<b>V. Apenas para centros dedicados à seleção de dadores e preservação de gâmetas</b>					
O centro dispõe de recipientes de armazenamento de gâmetas de dador em regime de quarentena?					

\* Aplica-se a beneficiários com resultados positivos para os testes referentes a infeção por vírus da hepatite B, hepatite C, VIH e/ou HTLV.

D do Centro de PMA:

---

## EQUIPAMENTOS

### Requisitos específicos para beneficiários com infeções virais

*Casais em que o homem é portador de infeções virais (VHB, VHC, VIH e/ou HTLV)*

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
O centro dispõe de uma câmara de fluxo laminar de segurança biológica de classe II, que assegure uma proteção eficaz do manipulador?					
O centro dispõe de uma centrífuga distinta da que é utilizada para a preparação dos espermatozoides para as técnicas de PMA nos beneficiários não infetados, localizada em compartimento separado?					
O centro dispõe de uma estufa de incubação para a preparação de esperma distinta da que é utilizada nos beneficiários não infetados?					

*Casais em que a mulher é portadora de infeções virais (VHB, VHC, VIH e/ou HTLV)*

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
Existem todos os equipamentos inerentes à execução de FIV/ICSI em laboratório dedicado?*					

\*NOTA: Este requisito não se aplica quando se trate de IA em mulher portadora de infeção viral.

ID do Centro de PMA: \_\_\_\_\_

## EQUIPAMENTOS

### Requisitos específicos de segurança

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
O centro dispõe de um sistema alternativo de corrente elétrica que entre em funcionamento automática e imediatamente em situações de falha de energia, com um período de autonomia suficiente para garantir a qualidade dos procedimentos em curso? (que deverá ser de 24h para as estufas de incubação e o necessário para completar tarefas indispensáveis em curso para o restante equipamento)					
Os recipientes de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou de azoto estão instalados em local próprio e seguro, fora da área do laboratório de embriologia?					
Os recipientes de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou de azoto possuem um sistema de comutação automática?*					

\* A exigência de mais do que um recipiente de dióxido de carbono, de oxigénio e/ou azoto gasoso, com sistema de comutação automática, não se aplica a centros que efetuam apenas inseminação artificial nem a centros destinados apenas à criopreservação de gâmetas.