

ID do Centro de PMA:

INSTALAÇÕES

As instalações e as condições ambientais devem ser adequadas às especificidades e volume das atividades. As suas características são elementos fundamentais para a manutenção da qualidade e segurança de gâmetas, tecido gonadal e embriões e devem responder às exigências de saúde e segurança de todo o pessoal e utentes envolvidos.

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
As instalações sanitárias têm condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, de acordo com a Lei?					
As zonas de trabalho estão devidamente identificadas?					
As instalações dispõem de mecanismos de alerta contra roubos ou intrusões?					
As áreas funcionais são de acesso reservado?					
As instalações são adequadas à garantia da privacidade e conforto dos beneficiários?					
A(s) sala(s) de consulta oferecem um ambiente confortável, de privacidade e confidencialidade?					
A(s) sala(s) para recolha de esperma tem condições de higiene, conforto, privacidade, confidencialidade?					

ID do Centro de PMA:

INSTALAÇÕES

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
A(s) sala(s) para recolha de esperma tem área suficiente para acolher ambos os beneficiários?					
A(s) sala(s) para recolha de tecido gonadal/transferência de embriões/inseminações artificiais dispõe de uma zona de desinfeção pré-cirúrgica (tina de desinfeção, contígua mas exterior à sala de recolha)?					
A(s) sala(s) de repouso oferece um ambiente confortável e tem área suficiente para acolher ambos os membros do casal?					
O laboratório de andrologia e o laboratório de embriologia estão devidamente individualizados?					
O laboratório de embriologia é antecedido de uma zona de desinfeção das mãos, contígua mas exterior ao laboratório?					
As instalações dispõem de uma sala individualizada, destinada ao armazenamento de gâmetas, tecido gonadal e embriões criopreservados?					
As instalações dispõem de gabinete(s) separado de trabalho para o pessoal de laboratório / sala de reuniões?					
As instalações dispõem de espaço para arquivos?					

ID do Centro de PMA:

INSTALAÇÕES

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
Os espaços de apoio (receção, área de espera, instalações sanitárias, vestiários, compartimento para lavagem, preparação e esterilização de material, compartimentos para arrumação de produtos e materiais limpos e para acumulação de “materiais sujos”) são adequados às especificidades e volume das atividades?					
Os espaços do sector laboratorial estão localizados em área afastada de radiações ionizantes ou de qualquer fonte potencial de infeção ou contaminação química ou atmosférica?					
O laboratório de embriologia dispõe de sistemas de renovação e filtração do ar?					
O compartimento de criopreservação permite a circulação passiva de ar para o exterior (junto ao solo), ou, em alternativa, possuiu um sistema de extração ativa de ar?					
O compartimento de criopreservação está equipado com sistema de deteção da concentração de oxigénio e respetivo alarme detetor de baixos níveis de oxigénio?					
O centro dispõe de áreas distintas para atividade laboratorial e transferência de embriões para tratamento de beneficiários em que a utente do sexo feminino tem infeção viral?					